



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Aleja Warszawska 30
tel. 89 524-53-80
Regon 280314632, NIP 739-369-67-39, KRS 0000309907

Nr sprawy 11/2025

Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2025 r.

**Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie**

Dotyczy: propozycja udzielenia odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej (powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu nr sprawy 9/2025)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAW I

Zadanie nr 21

Materac zmiennociśnieniowy

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 16, 20, 21 tj. materaców firmy Care of Sweden, do osobnego pakietu, ponieważ w celu przeprowadzenia przeglądu wymagane jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania i oprogramowania posiadanego jedynie przez autoryzowany serwis wskazany przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

ZESTAW II

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ, § 2. Przedmiot zamówienia ust. 1

Czy Zamawiający może doprecyzować, jaki dokładnie jest zakres wymaganych usług w ramach niniejszego postępowania, czy przedmiotem zamówienia są wyłącznie pogwarancyjne przeglądy okresowe urządzeń i aparatury medycznej, czy też przeglądy okresowe wraz z konserwacją?

Zgodnie z tytułem postępowania: „Usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej”, przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie przeglądy okresowe. Natomiast w § 2 ust. 1 projektowanej umowy wskazano, że przedmiotem zamówienia jest „usługa polegająca na wykonywaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń i aparatury medycznej”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga świadczenia usługi pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta. Jeśli podczas przeglądu okresowego producent zaleca również konserwację (np. smarowanie elementów ruchomych, wymianę filtrów, wymianę elementów zużywalnych, itp.) to taka konserwacja również musi zostać wykonana.

Pytanie nr 2**Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ, § 3. Obowiązki Wykonawcy ust. 17**

Czy Zamawiający może doprecyzować, co miał na myśli, wprowadzając zapis o 12-miesięcznej gwarancji jakości na usługi wykonane w ramach umowy? Czy zapis ten ma również zastosowanie do przeglądów okresowych?

Przegląd okresowy nie obejmuje ingerencji w urządzenie, wobec czego – w naszej ocenie – nie powinien być traktowany jako usługa objęta gwarancją jakości w rozumieniu właściwym dla usług naprawczych lub konserwacyjnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za należyte wykonanie samego przeglądu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

Zatwierdził:

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie
dr hab. Bogdan Włodarczyk prof. UWM