

Drezdenko, dnia 31 marca 2025 roku

Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/9/2025

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pipetę o długości 162 mm?

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 6 poz. 3 na pipetę o dł. 162mm

Pytanie 2

pakiet 6, pozycja nr 4-5

Czy Zamawiający dopuści probówki z płaską zatyczką?

Odp. do pytania 2

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 6 poz. 4-5 na probówki z zatyczką płaską.

Pytanie 3

projekt umowy § 2 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia nie częściej niż 3 razy w miesiącu, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Proszę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. do pytania 3

Wprowadza się zmianę w **projekcie umowy §2 ust. 3 – treść po zmianie:**

„Zamówienia bieżące będą składane średnio 2 razy w miesiącu, przy czym wartość bieżącego zamówienia nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto.”

Pytanie 4

pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający do zaoferowania szalki Petriego o śr. 90 mm z żebrami wentylacyjnymi o wysokości 15mm?

Odp. do pytania 4

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na szalki Petriego z żebrami wentylacyjnymi w wysokości 15mm.

Pytanie 5

pakiet 2 poz. 4

W związku z tym, że wymazówki są wyrobem medycznym i oferowane są przez producenta w opakowaniu handlowym a 100 szt., czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości w kolumnie „Ilość wg. j.m” na 100 szt?

Odp. do pytania 5

Zgodnie z pkt. 3.7 i 3.8 zapytania ofertowego:

„jeżeli w dodatku nr 2 jednostką miary jest „szt.” zaleca się podanie ceny jednostkowej netto za „szt.”. Zamawiający dopuszcza podanie jej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i brutto poszczególnych pozycji winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienia będą dokonywane z uwzględnieniem wielkości pojedynczego opakowania handlowego, jeżeli zostało podane przez Wykonawcę w ofercie.”

„Nie dopuszcza się składania oferty z zaokrągleniem podanej „j.m.” (w górę lub w dół).”

Należy podać cenę za wskazaną jednostkę miary dla celów wyliczenia oferty.

Pytanie 6**pakiet 5 poz. 5**

W związku z tym, że korki są wyrobem medycznym i oferowane są przez producenta w opakowaniu handlowym a 500 szt., czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości w kolumnie „Ilość wg. j.m” na 500 szt?

Odp. do pytania 6

Zgodnie z pkt. 3.7 i 3.8 zapytania ofertowego:

„jeżeli w dodatku nr 2 jednostką miary jest „szt.” zaleca się podanie ceny jednostkowej netto za „szt.”. Zamawiający dopuszcza podanie jej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i brutto poszczególnych pozycji winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienia będą dokonywane z uwzględnieniem wielkości pojedynczego opakowania handlowego, jeżeli zostało podane przez Wykonawcę w ofercie.”

„Nie dopuszcza się składania oferty z zaokrągleniem podanej „j.m.” (w górę lub w dół).”

Należy podać cenę za wskazaną jednostkę miary dla celów wyliczenia oferty.

Pytanie 7**pakiet 1, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści próbówki pakowane zbiorczo (worek 100 szt.)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. do pytania 7

Nie stawia się wymagań dotyczących wielkości opakowania handlowego.

Zgodnie z pkt. 3.7 i 3.8 zapytania ofertowego:

„jeżeli w dodatku nr 2 jednostką miary jest „szt.” zaleca się podanie ceny jednostkowej netto za „szt.”. Zamawiający dopuszcza podanie jej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i brutto poszczególnych pozycji winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienia będą dokonywane z uwzględnieniem wielkości pojedynczego opakowania handlowego, jeżeli zostało podane przez Wykonawcę w ofercie.”

„Nie dopuszcza się składania oferty z zaokrągleniem podanej „j.m.” (w górę lub w dół).”

Należy podać cenę za wskazaną jednostkę miary dla celów wyliczenia oferty.

Pytanie 8**pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści końcówki w opakowaniu 10 x 100 szt. (łącznie 1000 szt.), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. do pytania 8

Nie stawia się wymagań dotyczących wielkości opakowania handlowego.

Zgodnie z pkt. 3.7 i 3.8 zapytania ofertowego:

„jeżeli w dodatku nr 2 jednostką miary jest „szt.” zaleca się podanie ceny jednostkowej netto za „szt.”. Zamawiający dopuszcza podanie jej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i brutto poszczególnych pozycji winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienia będą dokonywane z uwzględnieniem wielkości pojedynczego opakowania handlowego, jeżeli zostało podane przez Wykonawcę w ofercie.”

„Nie dopuszcza się składania oferty z zaokrągleniem podanej „j.m.” (w górę lub w dół).”

Należy podać cenę za wskazaną jednostkę miary dla celów wyliczenia oferty.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.